

Como, 17 Marzo 2014

Oggetto: test Paratormone sovrastimato dal 01 febbraio 2013 al 15 febbraio 2014

Caro Collega,

abbiamo ricevuto l'informazione da parte di *Abbott Laboratories* che il dosaggio ARCHITECT Intact PTH genera risultati falsamente elevati.

Gli studi del produttore hanno dimostrato che i risultati generati da questo dosaggio Intact PTH risultano falsamente elevati del 13-45% rispetto al dato reale.

Pertanto abbiamo immediatamente sospeso l'uso di questo prodotto ed attualmente utilizziamo un metodo alternativo e così sarà finchè questa problematica non verrà risolta.

Se un tuo paziente avesse eseguito un dosaggio del Paratormone presso il nostro Laboratorio Analisi nel periodo 1 Febbraio 2013 – 15 Febbraio 2014 e se tu ritieni che i valori abnormemente elevati possano in qualche modo avere significatività clinica e pertanto debbano essere ricontrollati, provvedi a inviare il paziente presso gli Sportelli del nostro Laboratorio Analisi in Via Santo Garovaglio, con una richiesta su ricettario personale (il che consente di differenziare questo esame da altri eventuali esami e di effettuarlo gratuitamente per il paziente e senza nessun esborso da parte della Regione) con la seguente dicitura:

“Controllo risultati test Paratormone, effettuato nel periodo Febbraio 2013 – Febbraio 2014”

Il tutto ovviamente negli abituali orari di apertura della sala prelievi (07,30 -09,30)

Ancorchè il disagio e il disservizio non siano a noi direttamente attribuibili, ci scusiamo per gli inconvenienti arrecati.

Ringraziandoti della preziosa collaborazione, ti porgo cordiali saluti

Dr. Riccardo Terramocci
Direttore dell'UOC Laboratorio Analisi e Microbiologia
Ospedale Valduce